

	ЗАО «ИСО»	Выписка из протокола заседания Экспертно-технической комиссии
		лист 1 из 2

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 7/2026
заседания Экспертно-технической комиссии**

01.10.2026

ПРИСУТСТВУЮТ:

члены ЭТК

- председатель ЭТК, директор ЗАО «ИСО», к.т.н. Степановских В.В.;
- зам. директора по финансам, главный бухгалтер Градицкая Н.Д.;
- зам. председателя ЭТК, руководитель ЦПА Колпакова Е.К.;
- руководитель ИЦ, зав. аналитической лабораторией ИЦ Шахова Ю.Н.;
- зав. лабораторией спектрального анализа ИЦ Третьякова М.В.;
- менеджер по качеству ЗАО «ИСО» Валиахметова Е.Н.;
- зав. службой маркетинга Шурыгин М.В.;
- главный метролог ЗАО «ИСО» Ерхова О.В.;
- с.н.с. аналитической лаборатории ИЦ Тиунова С.В.;
- секретарь ЭТК, зав. службой качества СО ЦПА Хузагалеева Р.К.;

приглашенные

- с.н.с. металлургической лаборатории ЦПА Щукина М.Ю.;
- главный инженер Зуев М.Ю.;
- зав. группой металлургической лаборатории ЦПА Бодров В.В.;
- зам. директора Шитов А.С.;
- н.с. службы качества СО ЦПА, зам. менеджера по качеству ЗАО «ИСО» Токарева О.С.;
- н.с. службы качества СО ЦПА Зенькова И.А.;
- инж. 2 кат. службы качества СО ЦПА Горобец Е.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Продление срока годности экземпляров СО **Р156** (концентрат железованадиевый), **У10-4** (сталь), **Ф26в** (силикокальций), **Ш7в** (флюс). Докладчик – Зенькова И.А.

По второму вопросу

Слушали Зенькову И.А. с информацией о продлении срока годности экземпляров СО:

- партии **Р156 концентрата железованадиевого**, выпущенной в соответствии с сертификатом об утверждении типа государственного стандартного образца № 2163, действовавшим до 13.06.2012. Дата подтверждения метрологических характеристик: сентябрь 2026 г.

Постановили: продлить срок годности экземпляра **СО Р156 ГСО 1436-88П** на 10 лет с даты подтверждения метрологических характеристик с оформлением новой версии паспорта.


- партии **У10-4 стали углеродистой типа Ст0**, выпущенной в соответствии с сертификатом об утверждении типа государственного стандартного образца № 2166, действовавшим до 13.06.2012. Дата подтверждения метрологических характеристик: сентябрь 2026 г.

Постановили: продлить срок годности экземпляра **СО У10-4 ГСО 4461-93П** на 10 лет с даты подтверждения метрологических характеристик с оформлением новой версии паспорта.

- партии **Ф26в силикокальция типа СК25**, выпущенной в соответствии со свидетельством об утверждении типа стандартных образцов № 4161, действовавшим до 09.12.2019. Дата подтверждения метрологических характеристик: сентябрь 2026 г.

Постановили: продлить срок годности экземпляра **СО Ф26в ГСО 2072-91П** на 10 лет с даты подтверждения метрологических характеристик с оформлением новой версии паспорта.

- партии **Ш7в флюса сварочного плавленого типа АН-20С**, выпущенной в соответствии с сертификатом об утверждении типа государственного стандартного образца № 2164, действовавшим до 13.06.2012. Дата подтверждения метрологических характеристик: сентябрь 2026 г.




ЗАО «ИСО»

Выписка из протокола заседания
Экспертно-технической комиссии
лист 2 из 2


Постановили: продлить срок годности экземпляра **СО Ш7в ГСО 1769-88П** на 10 лет с даты подтверждения метрологических характеристик с оформлением новой версии паспорта.

Председатель ЭТК, к.т.н., директор ЗАО «ИСО»


01.10.2026

В.В. Степановских


Секретарь ЭТК, зав. службой качества СО ЦПА


01.10.2026

Р.К. Хузагалеева

Верно. Подлинник находится в ЗАО «ИСО».

Секретарь ЭТК, зав. службой качества СО ЦПА


01.10.2026

Р.К. Хузагалеева